

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να διαθέσουν δωρεάν 300 μετρητές σακχάρου αίματος καθώς και την αντικατάστασή τους σε περίπτωση βλάβης .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1* ΑΠΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ. ΧΩΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ . ΟΘΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΜΕ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.

2* ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΦΡΕΣΚΟ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΙΜΑ.

3* ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΟ ΑΙΜΑ.

4* ΜΙΚΡΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ (3ml).

5* Ο ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΣ (6 SEC).

6* ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 10mg/dl ΕΩΣ 600mg/dl .

7* ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ 15-65%.

8* ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ISO 15197/2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΥΚΟΖΗΣ $\leq 75\text{mg/dl}$ Η ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ $\leq 15\text{mg/dl}$ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 76-600mg/dl Η ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ $\leq 15\text{mg/dl}$ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ 95% ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

9* ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ EXTRANEAL (ICODEXTRIN), ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΜΕ ΣΦΠΚ .

10* Ο ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 37 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

11* Ο ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 300 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ.

12* ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΤΟΝΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ.

13* ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.