

LOW FLUX. (0/1320)

Είδος μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε m ²	KUF/m ² < ή > των 20ml/h.mm Hg	Καθάρσεις ουσιών (>.....) σε ml/min με Qb300ml/min και Qd500ml/min					KoA >....	Συντελεστής διαβατότη ας B2-M	Είδος αποστείρω σης	Είδος αποστείρω σης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
			Ουρία	Κρεατινίνη	Φωσφορικά	Βιτ.Β12	Ινουλίνη						
LOW													
							-		-			73	
							-		-			77	
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΟΛΥΕΘΑΙΡΙ ΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ - PUREMA	2,2	13,2	270	251	213	120	100	1145	0,08	B2	γ-ακτινοβλάνια		u

Όλα τα παραπάνω φίλτρα αιμοκάθαρσης συνοδεύονται από αρτηριακή-φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης που διαθέτουν οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού

[Handwritten signature]

4^η Υ.Π.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΜΑΥΡΟΛΑΤΙΑΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΥΘΥΝΤΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΟΤΗΣ Β.Τ.Ν.
Α.Μ.Α.Α.: 31085300478 ΤΕΛΕΥ: 44447