

Είδος μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε m ²	KUF/m ² < ή > των 20ml/h.mmHg	Καθάρσεις ουσιών σε ml/min με Qd 300ml/min και Qd 500ml/min					KoA	Συντελεστής διαβατότητας B ₂ M	Ομάδα	Είδος αποστείρωσης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
			Ουρία	Κρεατίνη	Φωσφορικά	Βιτ. B ₁₂	Ινουλίνη					
LOW												
SYNPHAN	2,1	10,95	273	253	234	144	-	1214	-	B2	Electron beam	900
POLYSUM	2	16,2	195-275	189-249	170-212	121-137	-	1260	-	B2	Airγός	300

Όλα τα παραπάνω φίλτρα αιμοκάθαρσης συνοδεύονται από αρτηριακή-φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης που διαθέτουν οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΗΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΕΥΚΥΝΤΗΣ ΜΕΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣΙΑΣ
Α.Μ.Ρ.Α.: 3168500476 Τ.Σ.Υ.: 44447