

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κωδικός	Προδιαγραφές
1457	<p>Φιαλίδια διαστάσεων: 16x100mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. Χωρητικότητας 10ml με αντιπηκτικό 1.8mg/mL EDTA K2, να είναι κενού αέρα αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, να φέρουν ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοίχεια ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η περιεχόμενη ποσότητα του αντιπηκτικού και η ημερομηνία λήξης. Να είναι αποστειρωμένα με ακτινοβολία, EN ISO 11137, με sterility assurance level (SAL) της τάξεως 10-6. Να μην περιέχουν Latex, Dry Natural Rubber, Phthalates.</p> <p>ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Όλα τα παραπάνω είδη θα πρέπει να είμαι απόλυτα συμβατά με το υπάρχων σύστημα αιμοληψίας του νοσοκομείου καὶ τους ασκούς αίματος, λόγω του ότι πρέπει να αποτελούν ομοιογενές λειτουργικό σύστημα με βάση τον EFLM (EFLM Recommendation for venous blood sampling October 2017). Τα είδη αυτά απότελούν ο?άδα ώστε να υπάρχει πλήρης συ?βατότητα βελόνας ? πεταλούδας αι?οληψίας και σωληναρίων αι?οληψίας κενού (πιστοποιη?ένη αναλογία αι?ατος ? προσθέτου, σωστή πλήρωση σωληναρίων, ελαχιστοποίηση λανθασμένων δειγμάτων). Προσφορά χωρίς να συμπεριλαμβάνει δείγματα προς αξιολόγηση θα κρίνεται ως απαράδεκτη και θα απορρίπτεται.</p>

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΠΕΡ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΡΕΤΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 ΣΥΝΤΟΝΙΖΗΤΑ ΑΙΓΑΙΟΝ ΜΑΡΙΑΝΑ
 Α.Μ.Κ.Α.: 2206601424 Τ.Τ.Ε.Υ.