

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΓΝΩΝ

1. Το θερμαντικό σώμα νεογνών να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση των πάγκων αλλαγής των νεογνών και τη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματός των.
2. Να διαθέτει ενσωματωμένο κεραμικό θερμαντικό στοιχείο με άριστες δυνατότητες θερμαντικής ισχύος.
3. Η ρύθμιση της θέρμανσης να γίνεται τουλάχιστον σε τέσσερις (4) βαθμίδες (περίπου 25, 50, 75 και 100%) δίνοντας έτσι τη δυνατότητα προσαρμογής της σε οποιεσδήποτε συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος και απαιτήσεις θέρμανσης του σώματος του νεογνού.
4. Να διατίθεται σε επιτοίχια σταθερή βάση στήριξης
5. Το θερμαντικό στοιχείο να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.
6. Να έχει μειωμένη στο ελάχιστο θέρμανση του περιβλήματος σε σχέση με τα κοινά θερμαντικά σώματα, ώστε να μην επηρεάζεται η θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου.
7. Να κάνει αυτόματο περιορισμό της έντασης θέρμανσης σε τιμές ασφάλειας, στην περίπτωση που ο ασθενής δέχεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα υψηλή ένταση θέρμανσης. Να διαθέτει οπτικο-ακουστική προειδοποίηση.
8. Να έχει σήμανση συναγερμού σε περίπτωση πτώσης του ηλεκτρικού δικτύου.
9. Να έχει ομοιόμορφη κατανομή θέρμανσης σε όλη την επιφάνεια της τράπεζας.
10. Η εκπομπή φωτός να μην επηρεάζει αρνητικά στην οπτική εκτίμηση του χρώματος του δέρματος.
11. Να έχει ενσωματωμένο φωτισμό για την επιφάνεια αλλαγών μέσω λυχνίας φθορισμού ή αντίστοιχης απόδοσης.
12. Να είναι μικρού όγκου και βάρους, να λειτουργεί με 230V/50Hz.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Να πληρεί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας και να φέρει απαραιτήτως πιστοποιητικό ISO ή TUV και την σήμανση CE-MARK, σύμφωνα με την οδηγία 93/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να υπάρχει τέλος υπεύθυνο SERVICE και ανταλλακτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 χρόνια.
3. Να συνοδεύεται από τα επίσημα εργοστασιακά προσπέκτους στα ελληνικά.
Τα εγχειρίδια να είναι χειρισμού αλλά και τεχνικού.
4. Να έχει εγγύηση λειτουργίας δυο (2) έτη

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν:

A.Τι περιλαμβάνει (υλικά ή εργασίες επισκευής ή και εργασίες προληπτικής συντήρησης ή και όλα αυτά)

B.Ποιες περιπτώσεις δεν εμπίπτουν στην εγγύηση

Γ.Ο χρόνος άφιξης του τεχνικού της προμηθεύτριας εταιρείας, σε περίπτωση αναγγελίας βλάβης

Δ.Ο μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας του μηχανήματος λόγω βλαβών (down time)

Ε.Για κάθε μέρα υπέρβασης του παραπάνω ορίου θα επεκτείνεται το χρονικό διάστημα της εγγύησης κατά 20 μέρες.

5. Ο προμηθευτής να αναλάβει την πλήρη τοποθέτηση του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργία και την επίδειξη του μηχανήματος στο χώρο εργασίας του, στο προσωπικό του Νοσοκομείο μας.
6. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τεχνικό του Νοσοκομείου στην συντήρηση και στις επισκευές του μηχανήματος όπως να παραδώσει τα ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά και μηχανολογικά σχέδια του μηχανήματος
7. Ο προμηθευτής να προσκομίσει πλήρη τιμοκατάλογο

Ανταλλακτικών του μηχανήματος

8. Ο προμηθευτής να προσκομίσει κατάλογο των Νοσοκομείων στα οποία λειτουργεί το προσφερόμενο μηχάνημα
9. Ο προμηθευτής να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση κατασκευής μοντέλου και κυκλοφορίας στο εμπόριο του προσφερόμενου μηχανήματος
10. Να διαθέτει ειδική αντιπαρασιτική μονάδα έτσι ώστε να μην επηρεάζει την εικόνα των monitors ούτε να επηρεάζεται από τη χρήση απινιδωτών
11. Να υπάρχει αποδεδειγμένα εξειδικευμένο προσωπικό τόσο για την τεχνική υποστήριξη όσο και για την εκπαίδευση του συστήματος με έδρα στην βόρεια Ελλάδα .Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου.

Με ποινή απόρριψης, να δοθεί φύλλο συμμόρφωσης, στις παρούσες προδιαγραφές, με τήρηση της ίδιας αρίθμησης και με τις ανάλογες παραπομπές στα επίσημα prospectus του κατασκευαστικού οίκου

Α.Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΣΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Α.Μ.Κ.Α.: 72046700394 Η.Λ.Υ.: 85315

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΙΚΗ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Β.Ι.Τ.
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Γ. Μηνάς
ΝΠΑΤΖΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ