

ΚΩΔ. ΑΙΤ. 0/1685 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ .

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	0525	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ , ΜΗ ΤΟΞΙΚΗ, ΣΤΕΙΡΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΩΝ, ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ. ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΠΩΜΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΤΑΙ. Ο ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΝΑ ΦΕΡΕΙ " Υ " ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ Luer lock.ΝΑ ΕΧΕΙ ΡΥΓΧΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΚΡΟ ΑΙΧΜΗΡΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 150CM ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ CE ΚΑΙ ISO, Latex free - ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ LUER-LOCK ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΠΩΜΑ (ΓΙΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΩΜΑΤΟΣ).	19.000 ΤΕΜ..
*ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.)			