

ΚΩΔ. ΑΙΤ. 0/1694 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ.

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	0572	ΓΑΝΤΙΑ LARGE ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ.	100.000 TEM.
2	0690	ΓΑΝΤΙΑ MEDIUM ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ.	150.000 TEM.
3	0573	ΓΑΝΤΙΑ SMALL ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ.	50.000 TEM.
"1.5 Μη αποστειρωμένα γάντια εξεταστικά, χωρίς πούδρα, νιτριλίου ■ Από 100% συνθετικό υλικό Νιτριλίου, χωρίς πούδρα για χρήση από άτομα με αλλεργία στο latex και διαχείριση χημικών παραγόντων. ■ Κατάλληλα για επικίνδυνα χημικά περιβάλλοντα εργασίας. (Πρότυπο EN 374 :2003). Να αναφέρονται οι χημικοί παράγοντες ως προς τους οποίους έχουν ελεγχθεί. Ανθεκτικά κατά τη χρήση (EN 388 :2003), να πληρούν τα πρότυπα EN 455-1:2000, EN455-2:2009+A2:2013 , EN 455-3:2006 EN: 455-4:2009. Με πιστοποίηση CE και τον αριθμό του κοινοποιημένου Οργανισμού. Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15223:2016 Να αναγράφεται το υλικό του γαντιού, ότι δεν πειοένει πούδρα, ότι δεν είναι διαπερατά από υγρά, ημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος, η διεύθυνση του εργοστασίου παραγωγής, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σε Ευρωπαϊκή χώρα, τα πρότυπα EN 455-1, EN455-2, EN455-3 και τα σύμβολα των προτύπων EN 388, EN 374. *ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΠΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.)			