

ΚΩΔ. ΑΙΤ. 0/1716 ΒΕΛΟΝΕΣ.

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	0593	ΒΕΛΟΝΕΣ - ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ (Lancets) 30G Αποστειρωμένες, καλυμμένες με σιλικόνη, με εξαιρετικά λεπτή βελόνα. Επίπεδη αιχμή με τριπλή λοξότμηση με επικάλυψη από πολυαιθυλένιο να είναι μιας χρήσεως. Να έχουν αποστειρωμένο ενσωματωμένο καπάκι. Να παρέχουν εύκολη και ανώδυνη διαδικασία τρυπήματος. (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΑΨΛΟ BARCODE)	40.000 ΤΕΜ.
2	1938	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ No 30 5MM. (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΑΨΛΟ BARCODE) Βελόνες για χρήση με συστήματα χορήγησης ινσουλίνης No 30 (5mm,) Κοντές βελόνες για την απορρόφηση της ινσουλίνης με τριπλή λοξότμηση για πιο εύκολη διείσδυση μειώνοντας τον κίνδυνο ενδομυϊκής ένεσης. Με επίστρωση σιλικόνης για λιγότερες τριβές ώστε να μην υπάρχει πόνος, με λεπτά τοιχώματα για εύκολη ροή της ινσουλίνης. Να έχουν τεχνική λίπανση για ομαλές ενέσεις για μεγαλύτερη ασφάλεια για λιγότερο επώδυνες ενέσεις. Να είναι συμβατές με όλες τις πένες ινσουλίνης.	30.000 ΤΕΜ.
3	1939	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ No 31 8mm (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΑΨΛΟ BARCODE) Βελόνες για χρήση με συστήματα χορήγησης ινσουλίνης No 31 (, 8mm) Κοντές βελόνες για την απορρόφηση της ινσουλίνης με τριπλή λοξότμηση για πιο εύκολη διείσδυση μειώνοντας τον κίνδυνο ενδομυϊκής ένεσης. Με επίστρωση σιλικόνης για λιγότερες τριβές ώστε να μην υπάρχει πόνος, με λεπτά τοιχώματα για εύκολη ροή της ινσουλίνης. Να έχουν τεχνική λίπανση για ομαλές ενέσεις για μεγαλύτερη ασφάλεια για λιγότερο επώδυνες ενέσεις. Να είναι συμβατές με όλες τις πένες ινσουλίνης.	8.000 ΤΕΜ.
*ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.)			