ΚΩΔ. ΑΙΤ. 0/2643 ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	0198	Κεντρικός φλεβικός καθετήρας διπλού αυλού 7 F, 20 CM Με τη μέθοδο Seldinger, ακτινοσκιεροί, από πολυουρεθάνη, με ατραυματικό άκρο. Σετ που να διαθέτει βελόνα ανίχνευσης και ειδικό περιφερικό καθετήρα ανίχνευσης 18 Ga πάνω σε βελόνη 20 Ga, σύριγγα ανίχνευσης ασφαλείας , με βαλβίδα για την αποτροπή του κινδύνου πνευμονικής εμβολής, και με δυνατότητα για τοποθέτηση του οδηγού σύρματος αναίμακτα χωρίς την αφαίρεση της σύριγγας από τη βελόνη, για αποτροπή μετακίνησης, απώλειας θέσης, πιθανού τραυματισμού του αγγείου, έκθεσης στο αίμα του ασθενή, οδηγό σύρμα με ευθύ και κεκαμένο άκρο, διαστολέα, στηρικτικά για τον καθετήρα, σφιγκτήρες προέκτασης αυλών, πώματα καθετήρων. Με πτερύγια στήριξης και επιστόμιο διακεκομμένης χορήγησης φαρμάκων (με βαλβίδα μη παλινδρόμησης και σύνδεση luer lock)	30 ΤΕΜ.
2	0199	ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΙ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 7F 20CM Με τη μέθοδο Seldinger, ακτινοσκιεροί, από πολυουρεθάνη, με ατραυματικό άκρο. Σετ που να διαθέτει βελόνα ανίχνευσης και ειδικό περιφερικό καθετήρα ανίχνευσης 18 Ga πάνω σε βελόνη 20 Ga, σύριγγα ανίχνευσης ασφαλείας , με βαλβίδα για την αποτροπή του κινδύνου πνευμονικής εμβολής, και με δυνατότητα για τοποθέτηση του οδηγού σύρματος αναίμακτα χωρίς την αφαίρεση της σύριγγας από τη βελόνη, για αποτροπή μετακίνησης, απώλειας θέσης, πιθανού τραυματισμού του αγγείου, έκθεσης στο αίμα του ασθενή, οδηγό σύρμα με ευθύ και κεκαμένο άκρο, διαστολέα, στηρικτικά για τον καθετήρα, σφιγκτήρες προέκτασης αυλών, πώματα καθετήρων. Με πτερύγια στήριξης και επιστόμιο διακεκομμένης χορήγησης φαρμάκων (με βαλβίδα μη παλινδρόμησης και σύνδεση luer lock)	20 ΤΕΜ.
***ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.)**			