

Κομοτηνή 07/11/2018

ΠΡΟΣ: Γραφείο ΠρομηθειώνΘΕΜΑ: Προμήθεια εξωσυμβατικών υλικών

Παρακαλώ για τις ανάγκες της χειρουργικής κλινικής, όπως προχωρήσετε στην εξωσυμβατική προμήθεια των παρακάτω λαβίδων ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων βάσει των εγκεκριμένων περιγραφών του διαγνωσμού Χειρουργικών εργαλείων της 4^{ης} ΥΠΕ, που διενεργήθηκε από Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στον Α/Α 106 όπου ζητείτε: «Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων, διαμέτρου 5 χιλ. με κυρτές σιαγόνες, σύλληψη του ιστού με το κλείσιμο της χειρολαβής και κατ' επέκταση των σιαγόνων, ενεργοποίηση με παρατεταμένο κλείσιμο της χειρολαβής και κατά συνέπεια των σιαγόνων, ενοιωματωμένο καλώδιο, η οποία επιτρέπει συγκόλληση αγγείων, λεμφαγγείων και ιστών πάχος μέχρι και 7 mm χωρίς τον κίνδυνο θερμικής διασποράς και καταστροφής του ιστού, ενεργοποιούμενη από το χέρι και με οπτικό και ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης της συγκόλλησης των αγγείου σε 2-4 δευτερόλεπτα, μήκος 23 εκ., μήκος συγκόλλησης 20 χιλ., με πίεση διάρρηξης μεγαλύτερη από 360 mmHg, μήκος κοπής 18 χιλ. Να διαθέτει ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής.»

ΤΕΜΑΧΙΑ 5

Τα παραπάνω υλικά κρίνονται άκρως απαραίτητα για τα χειρουργεία εντερεκτομών - γαστρεκτομών, διότι λόγω της κυρτότητας των σιαγόνων που διαθέτουν διευκολύνουν στην παρασκευή των ιστών. Η επιπλέον επένδυση των σιαγόνων με κεραμικά στον ελάχιστο τραυματισμό των παρακείμενων ιστών. Τέλος η απευθείας ενεργοποίηση του από την χειρολαβή, δίχως την ανάγκη κλειδώματος της, συντελεί στην γρηγορότερη παρασκευή, σύλληψη και διατομή του ιστού, βοηθώντας έτσι στην μείωση του χειρουργικού χρόνου και οικονομία υλικών.

Με την,
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΤΗΝΤΕΡ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 ΕΦΕΤ ΛΑΚΕΡ
 ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
 ΤΗΛ: 217-64350 ΤΖΑΥ: 111863